

# BOMDESA

## ANALIZADOR CL2 ALTAIR AIRE PISCINAS CUBIERTAS

El Decreto 485/2019 de 4 de junio Reglamento técnico-sanitario de las piscinas de la Junta de Andalucía, establece en su anexo II que habrá que medir diariamente el nivel de CL2 del aire de las piscinas cubiertas.

### ANALIZADOR ALTAIR 2X MSA BOMDESA

Especificaciones:

Rango de lectura: 0 - 10 ppm

Resolución: 0'05 ppm

Registro de eventos: 75

Garantía: 2 años

Carcasa de caucho resistente a caídas

Grado de protección: IP67

Alarma acústica

Indicadores luminosos de comprobación funcional

Pantalla monocromática con caracteres de gran tamaño

Tamaño: 89 x 54 x 25 mm

Peso: 113 gramos

Funcionamiento con un solo botón

